

專案質詢

8-2-1-0372

立法院議案關係文書 中華民國 101 年 9 月 15 日印發

案由：本院林委員佳龍，就黑心骨科醫材流竄全台恐危害病患健康
乙案，特向行政院提出質詢。

說明：

根據檢調單位追查，由全曄企業公司製造的黑心骨科醫療器材已流入市面，其中包括全台 22 家醫學中心，大約 109 家醫療院所，這些未經衛生署核准、擅自製造仿冒美商史賽克公司的骨釘，及過期的骨板、骨水泥等醫療器材，已有部分植入病患體內。

本席要求衛生署積極進行全面調查，除檢測全曄過期醫材是否對人體造成影響，及了解是否有其他黑心醫材危害民眾健康的情形外，須於兩周內提交檢討改善報告，並要求醫院負起為受害病患進行詳細身體檢查及後續的醫療照護的責任，若有病患因使用問題醫材致身體不適，亦應協助病患求償，避免廠商以脫產等手段迴避賠償責任。